
## ■カラーバリエーション




## ■本体構成




## ■ライナー




## ■本体仕様

| | |
|---|---|
| 一般的名称 | 真空吸引器 |
| 販売名 | ヨックスディスポミカン　S801 |
| 医療機器届出番号 | 10B2X00014C00015 |
| 容量 | 1000mL |
| サイズ（mm） | W152.5×D192.8×H307 |
| 質量（空質量） | 約 2kg（標準セット） |
| 入口吸引圧力 | -60 ～ -80kPa |
| 吸引圧力調整範囲 | 0 ～ -60kPa |
| 吸引圧力調整目盛 | OFF/-10/-20/-30/-40/-50/-60 |
| 医療機器分類 | 一般医療機器　特定保守管理医療機器 |

【セット内容】
コントローラ／キャニスタホルダー／キャニスタ／ホースハンガー／アダプタホース（アダプタ付）／Vac プロテクター O ／ペイシェントホース

［製造販売業者：株式会社群馬コイケ］

## ■ライナー仕様

| | |
|---|---|
| 一般的名称 | 吸引器用キャニスタ |
| 販売名 | ヨックスディスポミカン用ライナー O |
| 医療機器届出番号 | 13B1X00009000106 |
| 容量 | 1000mL |
| サイズ（mm） | Φ200×270 |
| 質量 | 60±10g |
| 入数 | 48 個 |
| 医療機器分類 | 一般医療機器 |

●再使用禁止

［製造販売業者：株式会社小池メディカル］

## ■オプション

| 品名 | 商品コード | JANコード |
|---|---|---|
| S801 ヨックスディスポミカン ピンクグレープN　MS | 366011 | 4582350176469 |
| S801 ヨックスディスポミカン ライムN　MS | 366012 | 4582350176476 |
| S801 ヨックスディスポミカン オレンジN　MS | 366013 | 4582350176483 |
| S801 ヨックスディスポミカン ミントN　MS | 366017 | 4582350176490 |
| S801 ヨックスディスポミカン ピンクグレープN　AM | 366014 | 4582350176506 |
| S801 ヨックスディスポミカン ライムN　AM | 366015 | 4582350176513 |
| S801 ヨックスディスポミカン オレンジN　AM | 366016 | 4582350176520 |
| S801 ヨックスディスポミカン ミントN　AM | 366018 | 4582350176537 |
| ミカン(S801)用コントローラ(組)　ピンクグレープ | 366101 | 4582350176001 |
| ミカン(S801)用コントローラ(組)　ライム | 366102 | 4582350176018 |
| ミカン(S801)用コントローラ(組)　オレンジ | 366103 | 4582350176025 |
| ミカン(S801)用コントローラ(組)　ミント | 366104 | 4582350176438 |
| ヨックスディスポミカン(S801)ライナー1000cc(48個入)O | 367302 | 4540752007910 |

| 品名 | 商品コード | JANコード |
|---|---|---|
| ミカン(S801)用ホースハンガー | 366201 | 4582350176032 |
| ミカン(S801)用調整ハンドルカバーN | 366205 | 4582350176582 |
| ミカン(S801)用ホース差し(Oリング付) | 366203 | 4582350176056 |
| ミカン(S801)用キャニスタ | 366125 | 4582350176445 |
| ミカン(S801)用キャニスタパッキン | 366204 | 4582350176094 |
| ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(ピンクグレープ) | 366151 | 4582350176544 |
| ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(ライム) | 366152 | 4582350176551 |
| ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(オレンジ) | 366153 | 4582350176568 |
| ミカン(S801)用キャニスタホルダーN(ミント) | 366154 | 4582350176575 |
| SWペイシェントホース1.8m(50本) | 365191 | 4540752008252 |
| VacプロテクターO | 338037 | 4540752008047 |
| シールA | 322003 | ———— |

⚠ **注意：正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。**

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。●画像は一部合成です。
KOIKE GROUP は小池酸素工業株式会社の関連企業グループのブランド名称です。株式会社小池メディカルは KOIKE GROUP に属する医療機器メーカーです。

**株式会社小池メディカル**
〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
☎ 03(5662)6531
koike-medical.co.jp

■お問い合わせは…

2026.6



人に寄り添う看護のお役に立ちたい
皆様に寄り添う壁かけ式吸引器



yex DISPOmikan S801
ヨックスディスポ ミカン S801

# 看護師さんの力となり、環境感染対策をサポート。それは患者さんを守ること。

壁かけ式吸引器ミカンは
医療現場で大切な三つの
“カン”をアシストします。

## yox DISPO mikan S801

ヨックス ディスポ ミカン S801



### 看

**看護師さんの力となる**

シンプルな操作手順により、
業務負担を軽減します。

### 環

**環境感染対策**

ディスポタイプで感染・汚染の
リスクを回避。
洗浄、消毒ができ衛生的。

### 患

**患者さんを守る**


ぬくもりのある製品が患者さん、
ご面会のご家族の不安低減に
つながります。

壁かけ式ディスポ吸引器ミカンは、さらに使い勝手、安全性、耐久性を向上。
優れた吸引性能により患者さんへの負担を抑えながらも、環境感染対策とスムーズな
ライナー交換のための工夫は、医療や介護の現場で働く方々を堅実にサポートします。

## 頻度の高いライナー交換も安全確実でスピーディーに

**ライナーをキャニスタに差し込み、閉じるだけ。**
ライナー内蔵の凝固剤は後処理や交換の手間を
大幅に省けます。






ライナー交換時には、キャニスタが下がり床からの
高さは**約130cm**。その為、**スムーズにライナー交換
することができます。**またライナーを斜めに引き上げる
機構により、アウトレットからの**吸引器の落下リスク
を低減**します。

## 感染や汚染対策へも対応。キャニスタの洗浄、消毒が可能

排液は**凝固剤によってゲル化**します。
キャニスタ、ホースハンガー、その他部品が**ウォッシャー
ディスインフェクターやベッドパンウォッシャー等で
の洗浄、消毒**が可能です。



## 確実な吸引手技の実現

**吸引性能を大きく向上。**気管吸引のガイドラインで推
奨される、吸引圧力設定−20kPaでもしっかりとした
吸引ができます。また、**カテーテルを閉塞せずに最大
吸引圧を設定可能な、ゲージレスコントローラを採用。**
安全で確実な吸引が可能です。

