サーフィンPOプラス

製造販売元
株式会社小池メディカル

2025.01

搬送中でも異変がすぐにわかる、アラーム機能付きパルスオキシメータ



認証番号	229AKBZX00092000
一般的名称	パルスオキシメータ
クラス分類	・管理医療機器 ・特定保守管理医療機器

■製品仕様

機能	SpO_2	測定範囲	0 ～ 100%
		測定精度	70 ～ 100%：± 2%
		アラーム設定	上限値　86 ～ 99%（出荷時　99%） 下限値　85 ～ 98%（出荷時　85%） On/Off 切替　（出荷時　Off）
	脈拍数	測定範囲	30 ～ 250bpm
		測定精度	30 ～ 250bpm：± 2%
		アラーム設定	上限値 31～ 250bpm（出荷時　120bpm） 下限値 30～ 249bpm（出荷時　50bpm） On/Off切替　（出荷時　Off）
		脈拍同期音	On/Off 切替　（出荷時　Off）
表示切替	6 モード		
輝度調整	5 段階		
電源	単 4 アルカリ電池 2 本		
駆動時間	連続約 20 時間使用可能		
寸法	W30.5 × D60 × H32.5 mm		
重量	25g ± 0.5g（電池含まず）		


サーフィンPOプラス

6モードワンタッチ表示切替

モード1  右手での 測定をしやすく	モード2  脈波の波形を ラインの波形に
モード3  文字を大きく 波形を脈拍バーに	モード4  左手での 測定をしやすく
モード5  上向き、縦向きでの 測定をしやすく	モード6  対面での 測定をしやすく




ディスプレイ表示



※表示の数値は一般的な数値を〈モード 1〉で表示しています。

患者さんの容体を音で確認

あらかじめ設定した範囲を外れるとアラーム音が鳴る機能を新たに採用しました。酸素吸入している患者さんを搬送する際などに異変を即座に察知できるばかりでなく、酸素ボンベの残量不足や開栓忘れといったヒヤリハット対策にも効果的です。
また、脈拍同期音を鳴らすこともできます。



●SpO_2アラーム機能
SpO_2（経皮的動脈血酸素飽和度）に異常があるとアラーム音で警告します。

●脈拍アラーム機能
脈拍に異常があるとアラーム音で警告します。

●脈拍同期音
脈拍に同期して音が鳴ります。

■製　品

品名	商品コード	価格
サーフィン PO プラス	3343501	￥28,800